

PM

Rubrik: Hantering perifer venkateter (PVK)	
Enhet/förvaltning: Ortopedkliniken Blekingesjukhuset	Huvudområde/delområde: Omvårdnad/Hantering
Ansvarig: Tomas Ericson, verksamhetschef	Utfärdare: Benita Kronberg
Gemensamt med:	Version: 1
Godkänt datum: 2021-03-03	Nästa revidering: 2023-03-03

KOPIA

PVK insättning

- PVK med backflödesventil ska/om möjligt helst användas
- Undvika sätt PVK i armveck och över handled pga mer mekanisk påverkan och ökar risken för tromboflebit och infektion.
- Använd inte grövre PVK än nödvändigt- kärlen spricker lättare vid grövre PVK och det ger större mekanisk retning
- Använd basala hygienrutiner–sprita insticksområdet noga, använd rikligt med Klorhexidinsprit och gnugga i minst 5 sekunder - det ska ta cirka 30 sekunder för det att lufttorka
- Förbandet på PVK:n ska märkas med signatur, datum och klockslag för appliceringen av PVK
- Registrera i In/utfarter – storlek, var sitter och vänster/ höger sida
- Registrera i arbetslista PVK kontroll 2 gånger /dag kl 8 och 20
- Sätt diagnoskod SP021 i omvårdnads anteckning
- Har PVK blivit satt i en akut situation där man inte kunna göra det rätt aseptiskt – PVK ska då bytas snarast

PVK kontroll

- Inspektion av PVK instickställe minst 2 gånger per dygn
- Kvittera av i arbetslista att inspektion är gjord
- Vid tecken på rodnad, smärta, ömhet blödning, tromboflebit (rodnaden ska mätas och markeras runt) dokumentera detta i omvårdnadsanteckning.
- Har plastfilmen på PVK lossnat eller att det är blodigt/ vått vid instickstället – ta bort förbandet, sprita rikligt med klorhexidinsprit och sätt på ny plastfilm.
- PVK som sitter > 72 timmar - dokumentera orsak ex svårstucken i omvårdnadsanteckning, PVK ska då kontrolleras var 8:e timme – ändra då i arbetslistan till x 3
- Vid borttagning av PVK ska man kontrollera att instickställe ser bra ut och att PVK:n är hel – om allt inte ser bra ut ska detta dokumenteras i omvårdnadsanteckning

Handhavande av PVK

- Är en 3 vägskran med 10 cm slang kopplad till PVK – måste slangen märkas enligt instruktioner i Vårdhandboken
- PVK ska alltid ha ett förband över plastfilmen, linda alt tubigrip för att minska den mekaniska retningen och fixera ev slangar

- **Vid infusioner/ injektioner:** Desinficera alltid öppningen med klorhexidinsprit innan man ger injektion alt kopplar infusionen.
- **PVK med port:** Porten får endast användas 1 gång när man satt PVK för att kontrollera PVK läget, porten får aldrig användas för att ge läkemedel
- Utvärdera behov av PVK dagligen

KOPIA

Vid misstanke om PVK relaterade infektioner

- Avlägsna PVK och desinficera noggrant
- Odla PVK spets - klipp av spetsen på PVK med steril sax
- Viktigt att fortsätta kontrollera området och dokumentera status under hela vårdtillfället

PVK Ombud

- Det ska finnas minst 1 PVK ombud på varje avdelning
- Ombudet genomför granskning av PVK:er 1 gång i månaden