

Ledpunktion och provtagning vid artrit, uppdukningen gäller alla leder



Uppdukning för knäpunktion:

Sterila dukar, 5 st

Spruta 20 ml, 1 st

Rosa nål, 2 st

Rondskål, 1 st

Kompress/tork, 1 st

Tvätta med färgad klorhexidinsprit 5 mg/ml,
klä därefter knät med sterila dukar

Pall



Provtagning:

Anaerob blododlingsflaska, 1 st

Aerob blododlingsflaska, 1 st

Provtagningsrör med grå kork, 1 st

Papperstork med sprit – spruta
gummimembranet på flaskorna innan
nålstick

Rosa nål, 2 st (1 till patient, 1 till
odlingsflaskor – kontamination om
samma nål)



Ledpunktat provtagning:

1. Aerob blododlingsflaska (2 ml optimalt)
2. Anaerob blododlingsflaska (2 ml optimalt)
3. Grått + lila provtagningsrör: Celler, laktat,
kristaller (2 ml räcker, 1 ml kan ev räcka)

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2019-09-23	Tillägg: Lila provtagningsrör under rubrik "Ledpunktat provtagning"	1 [redacted]