

Rutiner vid beställning av implantat, Kirurg- och Ortopedoperation

Implantat beställs av DRA "diagnos relaterat ansvar", operationssjuksköterska eller en undersköterska. Vid sjukdom eller semester ska ersättare utses som tar ansvar för beställningarna. I samband med leverans ska alla implantat kontrolleras. I de fall då implantaten levereras sterilförpackade ska förpackningen kontrolleras. Vid ankomsten ska antalet implantat prickas av på följesedeln. Följesedeln ligger till grund för kontroll av fakturan. Fakturan hanteras i Agresso av behörig DRA operationssjuksköterska som kontrollerar att fakturan stämmer överens med följesedeln och ordernummer och som kontrollerar beloppet och mottagarattesterar fakturan när det stämmer. Vissa urolog- och kirurgimplantat beställs av Kirurg- och Ortopedoperations förrådspersonal. DRA operationssjuksköterskan ansvarar för att rätt implantat och rätt antal implantat finns i sterila förrådet. För dessa implantat har förrådspersonalen ansvar för att kontrollera att följesedel och ordernummer stämmer överens med fakturan samt ansvarar för att fakturan blir mottagarattesterad.

Rutinbeställning av implantat

Alla implantat som beställs ska vara godkända av ansvarig verksamhetschef. Lagernivåerna fastställs tillsammans med sektions- och verksamhetschef. Detta gäller även för konsignationslager av implantat.

Enstaka specialbeställning av implantat

Specialbeställningar kan göras efter att sektionsansvarig kirurg fått godkänt av verksamhetschefen, att göra beställningen till en särskild patient.

Beställning av implantat inför en testperiod

Beställning av testimplantat kan göras efter att sektionsansvarig kirurg fått godkänt från verksamhetschefen att genomföra under testperioden. Vid testen ska den aktuella leverantören fritt tillhandahålla alla specialinstrument samt avtala testpris med verksamhetschefen. Det åligger leverantören att utbilda operatörer och operationspersonal innan testen av implantatet kan börja.

Införande av nya implantat

Nya implantat ska endast beställas då en, av verksamhetschefen undertecknad, affärsplan finns tillgänglig. Det åligger leverantören att utbilda operatörer och operationspersonal innan det nya implantatet kan användas.

Återanvändning av implantat

Handkirurgiska- och ortopediska oskadade implantat, som solida skruvar och plattor, kan återanvändas efter desinfektion i +90°C och ångsterilisering.

Låsskruvar och kannulerade implantat kasseras alltid.

Öppnade sterila förpackningar med implantat som t.ex. grafter, patchar, bråcknät och liknande kasseras alltid.