

Sterila godsförpackningar, uppdukning och öppnande, Ortopediska anesthesi-och operationsavdelningen

Inledning

Operationssjuksköterskan har den specifika utbildningen inom operationssjukvård och ansvarar även för kontroll av instrument och övrigt material som används vid en operation, att hygieniska och aseptiska krav uppfylls så att en operation eller undersökning kan genomföras på ett betryggande sätt. Därför bör uppdukning av sterilt gods ske i samförstånd med den som passar på operationssalen och den ansvariga operationssjuksköterskan.

Utförande

Vid uppdukning av sterilt gods inför operationer och undersökningar ska det vara så få personer som möjligt i rummet, de ska röra sig så lite som möjligt och bära korrekt arbetsdräkt samt munskydd för att undvika partikelspridning som kan orsaka kontaminering av sterilt gods. Innan man berör sterilt material ska händer vara desinfekterade och torra.

Vid uppdukning placerar den som passar på salen det sterila materialet, te x instrumentgallren på instrumentborden. Den personen kontrollerar utgångsdatum på etiketten på förpackningen innan det öppnas. Förpackningen kontrolleras så att det är intakt, rent och torrt. Öppna sedan ytterförpackningen. Innerförpackningen ska vara vänd så att den sterilkädda operationssjuksköterskan öppnar den först mot sig för att komma åt gallret på instrumentbordet. När operationssjuksköterskan lyft undan det sterila godset kontrollerar den som passar på salen att inslagspapperet samt fuktpapperet är torrt och helt. Vid öppnande av enskilda instrument i påse kontrolleras datum, att det är intakt, rent och torrt.

Instrumentborden täcks med dubbla lakan om det inte finns en direkt anslutning till operationssal och när instrumentborden transporteras genom korridor.